

Głogów, dnia 29.01.2021 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wyjaśnienia nr 7 treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"**

Nr sprawy DGT.262.4.2020

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"** Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 10 – Defibrylatory

Poz. 1

Opis wymagań pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażony w kolorowy ekran typu TFT o przekątnej 6,5”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z kolorowym ekranem typu TFT o przekątnej 6,5’ na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Poz. 2

Opis wymagań pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażony w kolorowy ekran typu TFT o przekątnej 6,5”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z kolorowym ekranem typu TFT o przekątnej 6,5’ na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Opis wymagań pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z energią defibrylacji ręcznej dostępną w zakresie 1-300J?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z energią defibrylacji ręcznej dostępną w zakresie 1-300J na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Opis wymagań pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED dostępną w zakresie 30-70J – w trybie pediatrycznym oraz 150-300J w trybie dla dorosłych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED dostępną w zakresie 30-70J – w trybie pediatrycznym oraz 150-300J w trybie dla dorosłych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak